

## القوة الناتجة من استخدام الأطقم الجزئية حرة الحركة الخلفية ذات المثبتات شبه المحكمة علي الأسنان الدعامية

أجريت هذه الدراسة المعملية لمقارنة القوة الناتجة من استخدام نوعين من الأطقم الجزئية الحرة الحركة الخلفية والمستخدم فيها نوعين مختلفين من المثبتات الشبه محكمة علي الأسنان الدعامية : مثبت Ney NackKay- Mortise rest ، ومثبت Ney Minirest ، وصنع لهذا الغرض نموذجين من الأكريل المغطي بمادة لينة مشابهة لأنسجة الفم ، ويحتوي علي أسنان دعامية متغيرة حسب نوع المثبت المستعمل . استخدام جهاز قياس القوة لمقارنة القوة الناتجة من الإتجاهين الأفقي والرأسي . واستنتج من هذا البحث أن القوة الناتجة علي الأسنان الدعامية باستخدام المثبت الأول أقل من مثيلاتها والمستعمل لها النوع الثاني من المثبتات .